



## LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE, DES ACHATS, DES APPROVISIONNEMENTS ET LA  
GESTION DU PATRIMOINE

### AVIS MODIFICATIF CONCERNANT L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N°34/140/2020

Une modification porte sur l'article n° 32.2 du CPS à la page 20 :

#### **2. Capteur de force de 5 kN (traction/compression) avec câble de liaison, support de fixation sur le banc d'étalonnage et certificat d'étalonnage :**

Spécification avant modification		Spécification après modification	
Capteur de force de 5 kN	Caractéristiques	Capteur de force de 5 kN	Caractéristiques
Type du certificat d'étalonnage	DakKS, COFRAC ou équivalent (*) justifiant la classe 0.5 selon la norme ISO 376.	Type du certificat d'étalonnage	DakKS, COFRAC ou équivalent (*) justifiant la classe 00 selon la norme ISO 376.

Pour toute information supplémentaire, contacter la **Direction de la Logistique, des Achats, des Approvisionnements et de la Gestion du Patrimoine** par fax au **0522 45 01 45** ou Email : **dir.dla@lpee.ma**.