



DLAAP/980

Casablanca, le 15/10/2024

OBJET : REPONSE A LA DEMANDE D'INFORMATION DES CONCURRENTS RELATIVE A L'AO N° 40/2024

OBJET : FOURNITURE DE MATERIEL D'ESSAI POUR LE CENTRE EXPERIMENTAL DES MATERIAUX ET DU GENIE INDUSTRIEL « CEMGI »

A la suite des demandes de clarification des concurrents, nous vous communiquons les informations suivantes :

- Question : Quelle est l'estimation de chaque lot ?
- Réponse : L'estimation est confidentielle.

Pour le Lot N1 :

Article 1.1 :

- Question : Merci de préciser le soulèvement de l'électro aimant ?
- Réponse : La force de soulèvement : 22 KG

Article 1.3 :

- Question : Est-ce que la plage de mesure : 0-2000 μm pourra répondre à votre besoin ?
- Réponse : La plage de mesureur d'épaisseur demandée est 0-3000 μm

Article 1.4 :

- Question : Quelle est la fréquence demandée pour le transducteur émetteur récepteur séparé ? à noter que ce transducteur et celui de 0° sont des accessoires pour un appareil de recherche de défaut et non pas de mesureur d'épaisseur à UT.
- Réponse : La fréquence est de 03 Transducteurs bi-composants de fréquence : 2.25 MHz, 5MHz et 10MHz

Pour tout complément d'information veuillez nous contacter à l'adresse suivante : dir.dla@lpee.ma.

DLAAP/980