



Casablanca, le 11/06/2026

OBJET : RÉPONSE À LA DEMANDE D'INFORMATION DES CONCURRENTS RELATIVE À L'AO N° 27/2026

OBJET : FOURNITURE DE MATÉRIEL D'ESSAI POUR LE CENTRE D'ESSAIS ET D'ÉTUDES ÉLECTRIQUES «CEEE».

À la suite des demandes de clarification des concurrents, nous vous communiquons les informations suivantes :

Question :

Pour le lot N°3 : ENCEINTE CLIMATIQUE

- 1) Disposez-vous d'exigences particulières concernant la vitesse de variation de la température ?
- 2) Quelle est la plage d'humidité souhaitée ?

Pour le lot N°10 : BANC D'ESSAIS DE CHARGE SUR PILES ET ACCUMULATEUR

- Merci de nous préciser le nombre de voies souhaité ;
- Merci également de nous communiquer les valeurs minimales et maximales de tension (V) ainsi que d'intensité (A) requises.

Réponse :

Pour le lot N°3 : ENCEINTE CLIMATIQUE

- 1) Vitesse de variation de la température : aucune exigence particulière au-delà de la conformité aux normes IEC 60068-3-5 et IEC 60068-3-6 ;
- 2) Plage d'humidité souhaitée : déjà mentionnée dans la spécification technique, soit de 10 % à 95 % avec une précision de ± 1 %.

Pour le lot N°10 : BANC D'ESSAIS DE CHARGE SUR PILES ET ACCUMULATEUR

Pour le nombre de voies souhaité, deux configurations sont prévues :

- 8 voies (channels) : 25 mV ~ 5 V / 0,5 mA à 6 A ;
- 8 voies (channels) : 10 mV ~ 5 V / 0,2 μ A à 100 Ma.

Pour tout complément d'information veuillez nous contacter à l'adresse suivante : dir.dla@lpee.ma