



Casablanca, le 07/10/2024

OBJET : REPONSE A LA DEMANDE D'INFORMATION DES CONCURRENTS RELATIVE A L'AO N° 44/2024

OBJET : FOURNITURE DE MATERIEL COURANT POUR LE CEREP

A la suite des demandes de clarification des concurrents, nous vous communiquons les informations suivantes :

Questions :

Concernant le Lot :12 centrifugeuse, merci de nous éclairer pour :

Le rotor doit avoir une capacité de 160 tube a centrifuger dans le même cycle ?
Est-ce que vous acceptez des tubes à fond Rond ?

Réponses :

La demande pour les accessoires concerne uniquement un kit de rechange composé de 160 tubes en verre. Ces tubes doivent avoir une capacité de 12,5 ml et à fond rond (demi-sphérique).

Pour tout complément d'information veuillez nous contacter à l'adresse suivante : dir.dla@lpee.ma.