



DLAAP/980

Casablanca, le 14/01/2021

Objet : Réponse à la demande d'information des concurrents relative à l'AO N° 38/980/2020

A la suite des demandes de clarification des concurrents, nous vous communiquons les informations suivantes :

Questions :

Pour le lot N°3 : Fourniture d'un appareil de mesure de l'indice WBGT

- 1- Merci de nous préciser si vous voulez un appareil avec des sondes intégrées (montage direct sur l'appareil) ou avec sondes déportées (avec câble de 2m) ?
- 2- Faut-il des certificats d'étalonnage des sondes ? si oui merci de nous préciser le type de certificat demandé (Accrédité, Cofrac...)?

Réponses :

Pour le lot N°3 : Fourniture d'un appareil de mesure de l'indice WBGT

- 1- Avec sondes déportées (avec câble de 2m)
- 2- Nous souhaitons avoir un certificat de vérification et d'étalonnage par un organisme accrédité Cofrac et Ilac.

Pour tout complément d'information veuillez nous contacter à l'adresse suivante : dir.dla@lpee.ma.

DLAAP/980